

**HOTĂRÂREA nr. 187 / 21.12.2016**

privind acceptarea ofertei de donație făcută de dr. Ardeleanu Alina Monica, angajat al C. M. I. Dr. Ardeleanu Alina Monica, Ortodonție și Ortopedie Dentară către Primăria Bârlad, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bârlad, Cabinetul Școlar Stomatologic nr. 2 din incinta Școlii Gimnaziale " Iorgu Radu " Bârlad, constând în aparat UNIT DENTAR marca Suarez, seria 20173.

având în vedere oferta de donație făcută de dr. Ardeleanu Alina Monica, angajat al C. M. I. Dr. Ardeleanu Alina Monica, Ortodonție și Ortopedie Dentară, către Primăria Bârlad, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bârlad, Cabinetul Școlar Stomatologic nr. 2 din incinta Școlii Generale " Iorgu Radu " Bârlad, înregistrată la Primăria Bârlad, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bârlad, la nr. 7060 din 06.12.2016;

avand in vedere expunerea de motive a primarului,

avand in vedere raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bârlad, tinand cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

potrivit procesului verbal al Comisiei de Validare a Consiliului local;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c și art.121 alin. 3 din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 3 si alin 5 din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local Municipal Bârlad întrunit în ședința ordinară;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1-** Se acceptă oferta de donație făcută de dr. Ardeleanu Alina Monica, angajat al C. M. I. Dr. Ardeleanu Alina Monica, Ortodonție și Ortopedie Dentară către Primăria Bârlad, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bârlad, Cabinetul Școlar Stomatologic nr. 2 din incinta Scolii Gimnaziale " Iorgu Radu " Bârlad, constând în aparat UNIT DENTAR marca Suarez, seria 20173, conform listei anexa, care face parte integranta din aceasta.

**Art.2-** Bunurile care fac obiectul ofertei de donație menționate la alin.1 vor fi date în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bârlad, Cabinetului Școlar Stomatologic nr. 2 din incinta Scolii Gimnaziale " Iorgu Radu " Bârlad.

**Art.3-** Hotărârea va intra în vigoare de la data comunicării părților interesate.

**Art.4-** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bârlad, Cabinetul Scolar Stomatologic nr. 2 din incinta Scolii Gimnaziale " Iorgu Radu " Bârlad.

**Data astăzi , 21.12.2016**

Președinte de sedință,  
Consilier,  
Ec. Gîlea Constantin

Contrasemnează,  
Secretar,  
jr.Cătălin Haret

11.11.19 1871 21.12.2016

## Proces verbal de verificare

Nr. 42

Incheiat astazi 10 Aprilie 2014

**S.C. GELMED S.R.L.** Vaslui, Str.Decebal,Nr.370, Cod Fiscal 10729563, reprezentat legal prin Teh.Pr.Aparatura Medicala Gelu Meraru, in calitate de executant si

**C.M.I. Dr.Ardeleanu Alina Monica** cu sediul in Barlad,Str, 1Decembrie Nr.41,CIF: 32958444, reprezentat legal prin Dr.Ardeleanu Alina Monica, in calitate de beneficiar.

Prezentul proces verbal a fost incheiat ca urmare a verificarilor tehnice periodice , efectuate de catre executant asupra aparatelor si utilajelor detinute de beneficiar.

Aparatele verificate din cabinetul medical de stomatologie:

- Unit Dentar SUAREZ seria:20173
- Aparat de detartraj ULTRASONIC SCALER D1 seria:S13A0444D1
- Lampa fotopolimerizare DEMETRON A2,Pat.No.6692251
- Autoclav REVERBERI BABY M9010/57 anul:2007 seria:07223029
- Pupinel Juno KARL EINZ WEBER tip-5005 seria:785005016

Conditii de functionare: **Normale.**

1. Defectiuni constatate: **Nu este cazul.**
2. Reparatii efectuate: **S-au efectuat teste de functionalitate.**
3. Alte observatii: **Aparatele s-au predat in stare de functionare.**

Ca urmare a verificarilor efectuate executantul declara ca aparatele verificate corespund din punct de vedere tehnic si nu prezinta riscuri in timpul functionarii.

Executant,

Beneficiar,



## Proces verbal de verificare

Nr. 52

Incheiat astazi 1 Iunie 2015

**S.C. GELMED S.R.L.** Vaslui, Str.Decebal,Nr.370, Cod Fiscal 10729563, reprezentat legal prin Teh.Pr.Aparatura Medicala Gelu Meraru, in calitate de executant si

**C.M.I. Dr.Ardeleanu Alina Monica** cu sediul in Barlad,Str, 1Decembrie Nr.41,CIF: 32958444, reprezentat legal prin Dr.Ardeleanu Alina Monica, in calitate de beneficiar.

Prezentul proces verbal a fost incheiat ca urmare a verificarilor tehnice periodice , efectuate de catre executant asupra aparatelor si utilajelor detinute de beneficiar.

Aparatele verificate din cabinetul medical de stomatologie:


- Unit Dentar SUAREZ seria:20173
- Aparat de detartraj ULTRASONIC SCALER D1 seria:S13A0444D1
- Lampa fotopolimerizare DEMETRON A2,Pat.No.6692251
- Autoclav REVERBERI BABY M9010/57 anul:2007 seria:07223029
- Pupinel Juno KARL EINZ WEBER tip-5005 seria:785005016

Conditii de functionare: **Normale.**

1. Defectiuni constatate: **Nu este cazul.**
2. Reparatii efectuate: **S-au efectuat teste de functionalitate.**
3. Alte observatii: **Aparatele s-au predat in stare de functionare.**

Ca urmare a verificarilor efectuate executantul declara ca aparatele verificate corespund din punct de vedere tehnic si nu prezinta riscuri in timpul functionarii.

Executant



Beneficiar



# Proces verbal de montare/punere in functiune

Nr.143

Incheiat astazi 11 Noiembrie 2016 intre,

**S.C. GELMED S.R.L.** Vaslui Str.Decebal,Nr.370 Cod fiscal  
10729563 ,in calitate de executant si

**PRIMARIA MUN. BURLAD**, Str.1 Decembrie Nr.21, Burlad, in calitate  
de beneficiar.

Prezentul proces verbal a fost incheiat ca urmare a montarii/punere in  
functiune de catre executant, a aparatelor si utilajelor detinute de beneficiar.

Primaria mun Burlad  
Secia Cabinet Stomatologic (Scoala nr.1)

## 1.Aparate montate

Unit Dentar	SUAREZ	N/S/20173
Sterilizator aer cald	TAU STERIL 2000	
Aparat de detaraj	ULTRASONIC SCALER DI	N/S/S/BA0444DI

2.Conditii de functionare: Normale

3.Deterianii constatati: Nu este cazul

4.Reparatii efectuate: S-au efectuat operatii de montare si punere in functiune

5.Alte observatii: S-au efectuat probe si s-au predat in stare de functionare

Ca urmare a montarii si punerii in functiune, executorul declara ca  
aparatele Unit Dentar SUAREZ, Sterilizator aer cald, Aparat de detaraj,  
corespund din punct de vedere tehnic si nu prezinta riscuri in timpul  
functionarii.



Beneficiar  
  
A rectangular stamp with illegible text and a handwritten signature below it.